



KONICA MINOLTA

*1: 使用本公司基準光源 (6,500K)
 *2: 單色的亮度是以白色顯示 100cd/m² 的狀態
 *3: 溫度 23°C ±2°C、相對濕度 40%±10%
 *4: 設定為同步模式 NTSC 時、使用 USB 時、測頭 1 支 此外、以本公司指定的電腦進行量測 [電腦-測頭直接連結、使用附屬的量測軟體時]
 *5: 指示值變化量 (以 23°C、40% 的指示值為基準時): 亮度 (白色) 為 ±2%、色度 (量測亮度 100 cd/m²) 為白色 ±0.002/ 單色 ±0.003 以內的範圍
 *6: 「Flicker (CA-310 Mode)」、「XYZ (Wide Frequency Mode)」為 PC 軟體 CA-S40 內之模式名稱、「XYZ (Wide Frequency Mode)」僅可於未連接資料處理器 CA-DP40 時使用
 *7: CIE 170-2:2015 標準測頭的光譜響應不同於 CIE1931 等色函數
 顯示的亮度、色度與 CIE1931 定義的值不同
 * 無指定條件之項目、則為依據本公司條件之規格。

● 本文件刊載之規格及外觀、有可能在未預告的情況下進行變更。
 ● KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA 的商標、記號為 KONICA MINOLTA 株式會社的商標或註冊商標。

ISO Certifications of KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site



JQA-QMA1588
Design, development,
manufacture/
manufacturing management,
calibration, and service of
measuring instruments



JQA-E-80027
Design, development,
manufacture, service and
sales of measuring instruments

9242-AA1J-45 BJFDA1

